

Certificat X-dock
Calibrage



Type app. X-am 2500	ID appareil 8323918ARMN1135 FW 7.6			ID de station 8321900ARJM0908 FW 02.02.19	
N° de série 8323918	Numéro de série ARMN1135				
	Capteurs ch4 O2 CO H2S			Date contr 04.02.2020 10:00:56	
Local-ID				Testé par admin, admin, admin	
Aperçu des appareils					
Nom du gaz	ch4	O2	CO	H2S	
N° de référ. du capteur	6812950	6810881	6813210	6811525	
Numéro de série du capteur	10MN1135	11MN1135	12MN1135	13MN1135	
Plage mesure	100,00 %LIE	25,00 Vol%	2000,00 ppm	100,00 ppm	
Dernier calibrage	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	
Prochain calibrage	02.08.2020	05.08.2020	05.08.2020	02.08.2020	
Intervalle de calibr	180 Jour(s)	183 Jour(s)	183 Jour(s)	180 Jour(s)	
Seuil alarme A1	10,00 %LIE	19,50 Vol%	30,00 ppm	5,00 ppm	
Seuil alarme A2	20,00 %LIE	22,50 Vol%	60,00 ppm	10,00 ppm	
Vitalité capteur	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	
Mode exploit	Inactif	Inactif	Inactif	Inactif	
Durée valeur moy	15 Minute(s)	15 Minute(s)	15 Minute(s)	15 Minute(s)	
Lim. expo. courte (STEL)					
Exposition totale (VME)					
Durée équipe	480 Minute(s)	480 Minute(s)	480 Minute(s)	480 Minute(s)	
Résult.ajustage pnt zéro					
Val.réel.(préc.)	0,18 %LIE		2,11 ppm	0,13 ppm	
Valeur définie	0,00 %LIE		0,00 ppm	0,00 ppm	
Gaz étalon	Air frais		Air frais	Air frais	
Numéro de lot / Gaz mixte	- / Oui		- / Oui	- / Oui	
Concentr. du gaz étalon	0,00 %LIE		0,00 ppm	0,00 ppm	
Date péremption					
Résultat test	Passé		Passé	Passé	
Résultats de l'ajustage de la sensibilité					
Val.réel.(préc.)	56,95 %LIE	20,93 Vol%	93,69 ppm	25,18 ppm	
Valeur définie	50,00 %LIE	20,90 Vol%	100,00 ppm	25,00 ppm	
Gaz étalon	CH4	Air frais	CO	H2S	
Numéro de lot / Gaz mixte	04007427698 / Oui	- / Oui	04007427698 / Oui	04007427698 / Oui	
Concentr. du gaz étalon	50,00 %LIE	20,90 Vol%	100,00 ppm	25,00 ppm	
Date péremption	01.04.2021		01.04.2021	01.04.2021	
Résultat test	Passé	Passé	Passé	Passé	
Tmps répons					
Résultats des tests au gaz rapides					
Valeur seuil		19,50 Vol%			
Gaz étalon		O2			
Numéro de lot / Gaz mixte		04007427698 / Oui			
Concentr. du gaz étalon		18,00 Vol%			
Date péremption		01.04.2021			
Résultat test		Passé			
Résumé					
Résultat général	Passé				

L'évaluation de ce test suppose qu'un examen visuel des défauts et salissures (selon notice d'appareil) a bien été effectué avant le contrôle.