EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity

Dräger

Dokument Nr. / *Document No.* SE26117-01

Wir / *we* Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Gasmessgerät Typ MQG 0011, 0010, 01 (X-am 2500, 5000, 5600)**
*Gas Detection Instrument type MQG 0011, 0010, 01** (X-am 2500, 5000, 5600)*

mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung / Expertise
is in conformity with the EU-Type Examination Certificate / Expertise
BVS 10 ATEX E 080 X
MEDB00002Z4

ausgestellt von der notifizierten Stelle mit der Kenn-Nr. *issued by the Notified Body with Identification No.*	DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstraße 9 D-44809 Bochum 0158	DNV GL SE Brooktorkai 18 D-20457 Hamburg 0098

und mit den folgenden Richtlinien unter Anwendung der aufgeführten Normen übereinstimmt
and is in compliance with the following directives by application of the listed standards

Bestimmungen der Richtlinie *provisions of directive*		Nummer sowie Ausgabedatum der Norm *Number and date of issue of standard*
2014/34/EU	**ATEX-Richtlinie** *ATEX Directive*	EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1:2014[1)], EN 60079-11:2012, EN 60079-29-1:2007, EN 50271:2010
2014/90/EU	**Schiffsausrüstungs-Richtlinie** *Marine Equipment Directive*	EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-29-1:2007, IEC 60945:2002+A1:2008, IEC 60092-504:2001, IEC 60533:1999
2014/30/EU	**EMV-Richtlinie** *EMC Directive*	EN 50270:2015+AC:2016 susceptibility: type 2 emission: type 1 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
2011/65/EU	**RoHS-Richtlinie** *RoHS Directive*	EN 50581:2012

[1)] gilt nicht für MQG 01** (X-am 5600) / not applicable for MQG 01** (X-am 5600)

Überwachung der Qualitätssicherung Produktion durch *Surveillance of Quality Assurance Production by*	DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstraße 9 D-44809 Bochum 0158	DNV GL SE Brooktorkai 18 D-20457 Hamburg 0098

Lübeck, 2018-02-13

Ort und Datum (jjjj-mm-tt)
Place and date (yyyy-mm-dd)

Dr. Marcus Romba
Head of Electronic Engineering
Head of Product Qualification
Safety Products
Research & Develop

Erklärung
Declaration

Dräger

Dokument Nr. / *Document No.* Anhang zu / *Annex to* SE26117-01

Wir / *we* Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Gasmessgerät Typ MQG 0011, 0010, 01 (X-am 2500, 5000, 5600)**
*Gas Detection Instrument type MQG 0011, 0010, 01** (X-am 2500, 5000, 5600)*

mit den folgenden Normen übereinstimmt
is in compliance with the following listed standards

Kategorie *Category*	Nummer sowie Ausgabe der Norm *Number and issue of standard*
PFG 10 G001 X	EN 50104:2010, EN 45544-1:2015, EN 45544-2:2015, EN 50271:2010
IECEx	IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2014[1)], IEC 60079-11:2011
UL	UL 60079-0:Ed. 6, UL 60079-1:Ed. 7[1)], UL 60079-11:Ed. 6
CSA	CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:2015, CAN/CSA-C22.2 No. 60079-1:2015[1)], CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 152:1984,
ANSI/ISA	ANSI/ISA 12.13.01:2000

[1)] gilt nicht für MQG 01** (X-am 5600) / not applicable for MQG 01** (X-am 5600)